

Postępowanie nr 2/2022/DZP

Dostawa błon mammograficznych i ogólnodiagnostycznych.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie do zamawiającego błon mammograficznych w jednym rozmiarze i błon ogólnodiagnostycznych w dwóch rozmiarach do drukarki laserowej.

Oferowane błony mammograficzne muszą mieć następujące cechy:

1. błony w rozmiarze 25 x 30 (1 op. - 125 sztuk);
2. dostosowane i kompatybilne z drukarką Kodak Dry View 6800;
3. czułość gwarantująca dobrą jakość zdjęć wykonywanych na aparacie cyfrowym MAMMOMAT INSPIRATION;
4. dedykowane przez producenta do zdjęć mammograficznych cyfrowych.

Oferowane błony ogólnodiagnostyczne muszą mieć następujące cechy:

1. błony w dwóch rozmiarach: 20 x 25 (1 op. – 125 sztuk) i 35 x 43 (1 op. – 125 sztuk)
2. dostosowane i kompatybilne z drukarką Kodak Dry View 6800
3. czułość gwarantująca dobrą jakość zdjęć wykonywanych na kasetach cyfrowych Kodak GP Storage Phosphor Screen
4. dedykowane przez producenta do zdjęć ogólnodiagnostycznych cyfrowych

Wykonawca oferujący sprzęt innej marki i producenta niż posiadany przez Zamawiającego zobowiązany będzie do dokonania kalibracji drukarki laserowej w celu dostosowania do czułości oferowanych błon mammograficznych drukowanych zarówno ze stacji technika, jak i ze stacji lekarskiej. Dotyczy to również błon ogólnodiagnostycznych tzn. dostosowanie do drukowania zdjęć ze skanera KODAK DIRECT VIEW CR 975 oraz ze stacji lekarskiej. Koszty przeprowadzenia recalibracji urządzeń włącznie z kosztami zużytych do tego materiałów pokrywa Wykonawca.